

<b>EQUIPAMENTOS QUE EXIGEM CERTIFICADOS</b>		
<b>BALANÇAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (IPNAs)</b>		
	<b>TIPO DO CERTIFICADO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>
PESO PADRÃO *consultar site	VERIFICAÇÃO OU CALIBRAÇÃO*	24 MESES
<b>BOMBAS MEDIDAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS</b>		
	<b>TIPO DO CERTIFICADO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>
CRONÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL	CALIBRAÇÃO	24 MESES
MEDIDAS DE VOLUME (AFERIDOR)	VERIFICAÇÃO	6 MESES
PROVETA 100 ml A 2.000 ml	CALIBRAÇÃO	12 MESES
TRENA DE 10 m	CALIBRAÇÃO	60 MESES
<b>ESFIGMOMANÔMETROS</b>		
	<b>TIPO DO CERTIFICADO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>
Esfigmomanômetros Mecânicos		
01 (um) MANÔMETRO CALIBRADO COM DIVISÃO DE ESCALA DE, NO MÁXIMO, 0,25 mmHg (0,03 kPa);	CALIBRAÇÃO	12 MESES
Esfigmomanômetro Eletrônico Digital		
01 (um) MANÔMETRO DE REFERÊNCIA COM DIVISÃO DE ESCALA DE, NO MÁXIMO, 0,25 mmHg (0,03 kPa)	CALIBRAÇÃO	12 MESES
<b>MEDIDORES DE UMIDADE DE GRÃOS</b>		
	<b>TIPO DO CERTIFICADO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>
BALANÇA ANALÍTICA (Divisão = 0,001g)	CALIBRAÇÃO	24 MESES
TERMÔMETRO PADRÃO (divisão máx = 0,1° C)	CALIBRAÇÃO	24 MESES
TERMOHIGRÔMETRO (divisão máx = 0,1° C/ 1%u.r.)	CALIBRAÇÃO	24 MESES
<b>MEDIDORES DE VELOCIDADE</b>		
	<b>TIPO DO CERTIFICADO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>
CRONOTACÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL	CALIBRAÇÃO	24 MESES
TRENA DE 20 m	CALIBRAÇÃO	60 MESES
<b>PADRÃO GNC</b>		
	<b>TIPO DO CERTIFICADO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>
MASTER PADRÃO	CALIBRAÇÃO	24 MESES
<b>TAXÍMETROS</b>		
	<b>TIPO DO CERTIFICADO</b>	<b>PERIODICIDADE</b>
CRONÔMETRO ANALÓGICO OU DIGITAL	CALIBRAÇÃO	24 MESES
MANÔMETRO DE PNEUMÁTICO	CALIBRAÇÃO	24 MESES
PADRÃO DE BANCADA	CALIBRAÇÃO	24 MESES
TRENA DE 20 m	CALIBRAÇÃO	60 MESES

